



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张建强	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院一次性使用脑电传感器采购项目	
	供应商名称: 山东来燕堂医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>我院麻醉科现使用麻醉深度监测仪为深圳奥生公司生产。该设备所使用的耗材为封闭式专用耗材，无法使用其他品牌耗材可以替代使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，该项目符合只能从唯一供应商处采购的情形，故拟采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字		日期: 2023.11.15

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谢光军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 济南市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济南市第二人民医院一次性使用脑电图电极采购项目	
	供应商名称: 山东康燕堂医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>我院前次对该项目采购深度监护仪为深圳奥生公司生产。该设备所使用的耗材为封闭式专用耗材,无法使用其他品牌的耗材可以替代使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定,该项目符合只能从唯一供应商处采购的情形,故拟采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		日期: 2023.11.15

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李亨	
	职称：	
	工作单位：济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称：济宁市第二人民医院一次性使用胎心传感器采购项目	
	供应商名称：山东东燕堂医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>我院麻醉现使用麻醉深度监测仪为深圳奥生公司生产。该设备所使用的耗材为封闭式，专机专用，无法使用其他品牌耗材替代使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，该项目符合只能从唯一供应商处采购的情形，故拟采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	李亨	日期：2023.11.15

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写