

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：盛况	
	职称：副研究员	
	工作单位：济宁医学院附属医院	
项目信息	项目名称：济宁市第二人民医院 GE 磁共振、DSA 和 DR 维保项目	
	供应商名称：山东欣凯商贸有限公司	
专业人员论证意见	医院拟维修的 GE 磁共振、DSA 和 DR 属于大型医疗设备，价值高，结构精密。第三方市场无法获得全新和测试合格的备件。且维修此类设备需要原厂密码进入系统读取报错和进行校准，第三方不具有此授权。若选择原厂服务，同时还可获得原厂系统、软硬件安全升级等服务，第三方机构无此服务。 考虑设备使用的安全性、维修的及时性，综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一规定，该项目符合单一来源采购情形第一款：只能从唯一供应商处采购，因此我院申请采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	盛况	日期：2025 年 8 月 5 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 陈明	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 五苑医院 济宁医院	
项目信息	项目名称： 济宁市第二人民医院 GE 磁共振、DSA 和 DR 维保项目	
	供应商名称： 山东欣凯商贸有限公司	
专业人员论证意见	1. 该院GE磁共振、DSA和DR设备的维保需要原厂备件及维修工具，核心备件不可替代。 2. 2台设备在使用中，需原厂升级软件功能，需要专有维修权限与软件的唯一性。 3. 只有GE原厂能及时、完整以及合法提供，售后服务的一致性与连续性。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，该项目符合单一来源采购的规定，同意该院单一来源采购。	
专业人员签字	陈明	日期：2025年8月5日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈苍松	
	职称：主任医师	
	工作单位：济宁市第一人民医院	
项目信息	项目名称：济宁市第二人民医院 GE 磁共振、DSA 和 DR 维保项目	
	供应商名称：山东欣凯商贸有限公司	
专业人员论证意见	1. 现在大型机器备件、技术都有技术专利保护，第三方公司无法取得特许经营权。 2. 原厂技术升级时，第三方不会获得，不能及时更新。原厂可以保证技术更新的及时性。 3. 机器维修团队稳定，可以保证机器的使用率。 综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，该项目符合单一来源采购情形。	
专业人员签字	陈苍松	日期：2025 年 8 月 5 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源
方式采购。